

FECHA: 04 / 04 / 24

Cliente: CENCOMEX
 Dirección:
 Ciudad: Santiago Fono contacto:

Equipo/Sistema: ILK502 Marca: Quanta System
 Modelo: LITIAO 150 Serie: LHT1403-1020

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar)

Tipo de falla:

☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☒ Ajuste/ Calibración ☒ Cambio repuesto
☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería
☐ Otra (especificar):

Descripción Trabajo:


Revisión estructura física del equipo; se detecta equipo en posición de encendido, se realiza con cable de alimentación. Se realiza y llendo de estanco con agua bidestilada, cambio de filtro de. Se realizan pruebas de disparo, ajuste y calibración de valores de energía blast shield en opticas con.

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	Luis Caldera
Cargo	
Firma	

CLIENTE

Nombre	Bernardo Becerra
Cargo	Ing Civil Boredico
Firma	

CENCOMEX