

FECHA: 21, 2, 2022

Cliente: HOSP. BASE OSORN
Dirección: _____
Ciudad: OSORN Fono contacto: _____

Equipo/Sistema: UASON Marca: QUANTA SYSTEM
Modelo: LITHO EVO Serie: LHT1343-1120

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar) _____

Tipo de falla:


☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☐ Ajuste/ Calibración ☐ Cambio repuesto
☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería
☐ Otra (especificar) _____


Descripción Trabajo:

- REVISIÓN DE ESTANQUIDAD FÍSICA.
- REVISIÓN Y CAMBIO DE BLASTSHIELD (UK).
- DRENAJE Y LLENADO DE AGUA BIDESECIADA.
- CALIBRACIÓN DE ENERGÍA Y PRUEBAS DE DESPACHO.
- CAMBIO DE DEJONIZE ANTIMIDEX.

Hora Inicio:

Hora Termina:

Nombre	<u>Alex Navek</u>
Cargo	<u>Tec. EQ. Nuclear</u>
Firma	
	CLIENTE

Nombre	<u>Jorge Fernández</u>
Cargo	<u>ING. CIVIL ASISTENTE</u>
Firma	
	CENCOMEX