

FECHA: 1 / 3 / 24

Cliente: CENCOMEX
 Dirección: _____
 Ciudad: Santiago Fono contacto: _____

Equipo/Sistema: LASER Marca: QUANTA SYSTEM
 Modelo: LITHO Serie: LHT 1932 - 1217

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar)

Tipo de falla:

☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☒ Ajuste/ Calibración ☒ Cambio repuesto
☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería
☐ Otra (especificar):

Descripción Trabajo:


REVISIÓN DE ESTRUCTURA FÍSICA DEL EQUIPO, BLAST SHAED EN ÓPTIMAS CONDICIONES. DRENAJE Y LLENADO DE ESTANQUE CON AGUA PIRESTILADA. CAMBIO DE FILTRO DE AGUA SE REALIZAN PRUEBAS DE DISPARO LASER, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE LOS VALORES DE ENERGÍA SE ENTREGA EQUIPO 100% OPERATIVO.

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	Luis Alfaro
Cargo	
Firma	

CLIENTE

Nombre	BENJAMIN BOCCON M.
Cargo	Ing Civil MECANICO
Firma	

CENCOMEX