

FECHA: 25 / 4 / 2022

Cliente: CLINICA CIUDAD DEL MAR

Dirección:

Ciudad: VIÑA DEL MAR Fono contacto:

Equipo/Sistema: USEN Marca: QUANTA SYSTEM

Modelo: LITAO Serie: LHT 1932-1214

**Servicio:**

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar)

**Tipo de falla:**

☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☒ Ajuste/ Calibración ☒ Cambio repuesto

☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería

☐ Otra (especificar)

**Descripción Trabajo:**

- REVISIÓN DE ESTRUCTURA FÍSICA.

- REVISIÓN Y CAMBIO DE BLASTSHIELD.

- ALENADO Y LLENADO DE AGUA BIDESTILADA.


- CAMBIO DE DEIONIZER GANTNIDGE.

- CALIBRACIÓN DE ENERGÍA Y PANTERAS DE DISPARO.

Hora Inicio:

Hora Terminó:

|        |                                                                                     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre | Pablo Postigo                                                                       |
| Cargo  | Técnico Eléctrico                                                                   |
| Firma  |  |
|        | CLIENTE                                                                             |

|        |                                                                                       |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre | Jorge Fernandez                                                                       |
| Cargo  | ING. CIVIL ELECTRONICO                                                                |
| Firma  |  |
|        | CENCOMEX                                                                              |