

FECHA: 2, 12, 2021

Cliente: RED SKUD ELQUI
Dirección: _____
Ciudad: LA SENENA Fono contacto: _____

Equipo/Sistema: IASH Marca: _____
Modelo: UTHO Serie: 4HT 2631-1219

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar) _____

Tipo de falla:

☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☐ Ajuste/ Calibración ☐ Cambio repuesto
☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería
☐ Otra (especificar) _____


Descripción Trabajo:

REVISIÓN DE ESTRUCTURA FÍSICA.
REVISIÓN DE BUSTSHIELD.
TRENADO Y USADO DE AGUA BIESTRADA.
CAMBIO DE DEIONIZE CARTIDGE.
Calibración de energía y pruebas de disparo.

Hora Inicio:

Hora Termina:

Nombre	<u>Rodolfo López Torres</u>
Cargo	<u>Equipo Medico</u>
Firma	
CLIENTE	

Nombre	<u>Jorge González</u>
Cargo	<u>ING. CIVIL ELECTRONICO</u>
Firma	
CENCOMEX	