

FECHA: 27, 6, 2023

Cliente: CLINICA POD SALUD ELQUI
Dirección: _____
Ciudad: LA SERENA Fono contacto: _____

Equipo/Sistema: LASEN Marca: QUANTA SYSTEM
Modelo: LITHO Serie: LHT 2631-1219

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar) _____


Tipo de falla:


☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☒ Ajuste/ Calibración ☒ Cambio repuesto
☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería
☐ Otra (especificar) _____

Descripción Trabajo: - EQUIPO 100% OPERATIVO
- REVISIÓN DE ESTRUCTURA FÍSICA
- TENSIÓN Y CAMBIO DE BUSHSHIELD.
- DRENTE Y LLENADO DE AGUA RESERVADA.
- CAMBIO DE FILTRO D.I.
- CALIBRACIÓN DE ENERGÍA Y PRUEBAS DE DISPOW.

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	DAMIAN VERAZO
Cargo	ENCARGADO EE.MM.
Firma	
	CLIENTE

Nombre	Jorge Fernandez
Cargo	ING. CIVIL ACOINCA
Firma	
	CENCOMEX