

FECHA: 23 / 6 / 2022

Cliente: RED SAUD ELQUI
Dirección: _____
Ciudad: LA SERENA Fono contacto: _____

Equipo/Sistema: L50N Marca: QUANTA SYSTEM
Modelo: CITH Serie: HT2631-1219

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar) _____

Tipo de falla:


☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☒ Ajuste/ Calibración ☒ Cambio repuesto
☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería
☐ Otra (especificar) _____


Descripción Trabajo:

- REVISIÓN DE ESTANCOY FÍSICA.
- DRENAJE Y LLENADO DE AGUA BIDESTILADA.
- REVISIÓN Y CAMBIO DE BUSTSHIELD (OK).
- CAMBIO DE DEIONIZE CARTRIDGE.
- CALIBRACIÓN DE ENFOQUE Y PUNTAJES DE DISPLAY.

Hora Inicio:

Hora Termina:

Nombre	Rodolfo López
Cargo	Experto Médico
Firma	
	CLIENTE

Nombre	Jorge Fernández
Cargo	ING. CIVIL ACONCAGUA
Firma	
	CENCOMEX