

17 de Octubre del 2023

INFORME TECNICO

PRODUCTO:	LASER LITHO S/N LHT 2681-1219
MARCA:	QUANTA SYSTEM
ENCARGADO:	JORGE FERNANDEZ
FECHA:	17 DE OCTUBRE DEL 2023
INSTITUCION:	RED SALUD ELQUI
TIPO DE ACTIVIDAD:	REVISION DE EQUIPO
SOLICITADO POR:	CENCOMEX

Requerimiento de trabajo en el equipo:

- Se solicita a personal de servicio técnico la revisión de equipo laser por filtración de agua.

Estado de equipo recibido:

- Conector de bomba de agua rota.



Trabajo realizado en equipo:

- Reemplazo de conector plástico en bomba de agua.



CONCLUSIÓN

Se realiza cambio de ambos conectores plásticos por repuestos nuevos.

Se somete el equipo a observación para corroborar que la filtración de agua ya no se encuentra presente o de que provenga de otra área.

El equipo se encuentra completamente operativo.



Jorge Fernández F.
Ingeniero Civil Electrónico
Cencomex S.A.