

FECHA: 30 / 1 / 2023

Cliente: Red SPUD Temuco

Dirección:

Ciudad: Temuco

Fono contacto:

Equipo/Sistema: LASON

Marca: QUANTA SYSTEM

Modelo: L1740

Serie: HT 2682-1219

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar)

Tipo de falla:

☐ Pieza quebrada ☒ Accesorio ☒ Ajuste/ Calibración ☒ Cambio repuesto

☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería

☐ Otra (especificar)

Descripción Trabajo:

- INSTALACION PIPA Y MAMIPA DE FIBRA Óptica.

- DRENAJE Y CUBADO DE AGUA RESIDUAL.

- CAMBIO DE FILTRO D.I.


- REVISIÓN Y CAMBIO DE BOMBAS.

- CALIBRACIÓN DE ENERGÍA Y PRUEBAS DE DISIPAR.

Hora Inicio:

Hora Termina:

Nombre	Bernardo Alvarado
Cargo	Eg. Medico
Firma	
	CLIENTE

Nombre	Jorge Fernández
Cargo	Ing. Civil Electrónico
Firma	
	CENCOMEX