

FECHA: 1, 12, 2021

Cliente: RED SALUD TEMUCO
Dirección: _____
Ciudad: TEMUCO Fono contacto: _____

Equipo/Sistema: IASON Marca: QUANTA SYSTEM
Modelo: LITKO Serie: LHT 2632-1219

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar) _____

Tipo de falla:

☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☐ Ajuste/ Calibración ☐ Cambio repuesto
☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería
☐ Otra (especificar) _____


Descripción Trabajo:

- REVISIÓN DE ESTRUCTURA FÍSICA.
- REVISIÓN DE BUSHSHIELD. (OK)
- DRENAJE Y LLENADO DE AGUA BIODISLUMADA.
- CAMBIO DE DEIONIZER ANTINIDGE.
- CALIBRACIÓN DE ENOMBIA Y PUERBAS DE DISPARO.

Hora Inicio:

Hora Termino:

Nombre	Bernardo Alhve
Cargo	tec. eq. medicas
Firma	
	CLIENTE

Nombre	Jorge Fernandez
Cargo	ING. CIVIL EQUIPAMIENTO
Firma	
	CENCOMEX