

FECHA: 6 / 5 / 2021

Cliente: RED SAUD TENUCU
Dirección: AV. GABRIELA MISTRAL # 01955
Ciudad: TENUCU Fono contacto: _____

Equipo/Sistema: LASER Marca: QUANTA SYSTEM
Modelo: LITHO Serie: LHT 2682-1219

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar) _____

Tipo de falla:

☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☐ Ajuste/ Calibración ☐ Cambio repuesto
☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería
☐ Otra (especificar) _____

Descripción Trabajo:

- REVISIÓN DE ESTANCUA FÍSICA.
- CAMBIO DE BURNER (QUEMADO).
- DRENADO Y LLENADO DE AGUA BIDESTINADA.
- CAMBIO DE DEIONIZE ANTIMD6E.
- CALIBRACIÓN DE ENERGÍA Y MUDAS DE DISPOW.

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	<u>Bernardo Alvar</u>
Cargo	<u>Eq. Medicos</u>
Firma	 CLIENTE

Nombre	<u>JUAN FERNANDEZ</u>
Cargo	<u>ING. CIVIL ELECTRICOS</u>
Firma	 CENCOMEX