

FECHA: 23/6/2022

Cliente: RED SALUD TEMUCO

Dirección: _____

Ciudad: TEMUCO

Fono contacto: _____

Equipo/Sistema: USON

Marca: QUANTA SYSTEM

Modelo: LITHO

Serie: LIT 2632-1219

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar) _____

Tipo de falla:


☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☒ Ajuste/ Calibración ☒ Cambio repuesto
☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería
☐ Otra (especificar) _____


Descripción Trabajo:

REVISIÓN DE ESTRUCTURA FÍSICA
-REVISIÓN Y CAMBIO DE BASTIDERO.
-DRENAJE Y LLENADO DE AGUA BIESECUADA.
-CAMBIO DE DEIONIZE CARTRIDGE.
-AJUSTE DE ENERGÍA Y FUERZAS DE
DISPARO.

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	<u>Bernardo Albe</u>
Cargo	<u>Co. Medico</u>
Firma	
	CLIENTE

Nombre	<u>Jorge Fomarez</u>
Cargo	<u>IPB. CIVIL MECANICO</u>
Firma	
	CENCOMEX