

FECHA: 23 / 1 / 24

Cliente: Clínica INDISA Maipú
Dirección: _____
Ciudad: Santiago Fono contacto: _____

Equipo/Sistema: LASER Marca: Quanta System
Modelo: Litho Evo Serie: LHV0333 - 0123

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar)

Tipo de falla:

☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☐ Ajuste/ Calibración ☐ Cambio repuesto

☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería


☐ Otra (especificar):


Descripción Trabajo:

Biartsuield en estado óptimo
Drenaje de agua y cambio de filtro aerionizante
Rellenado de agua bidestilada
Pruebas de disparo y revisión niveles de energía OK
Equipo 100% operativo

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	Domingo Morales M
Cargo	Tec Equipos Medicos.
Firma	
CLIENTE	

Nombre	Natalia Espinoza
Cargo	Ingeniero de campo
Firma	
CENCOMEX	