

FECHA: 10 / 11 / 2022

Cliente: HOSP. UNBENGA ASISTENCIA PÚBLICA
Dirección: _____
Ciudad: STGO Fono contacto: _____

Equipo/Sistema: LASER Marca: QUANTA SYSTEM
Modelo: LITHO EUO Serie: LHV 0454-0222

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar) _____

Tipo de falla:


☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☒ Ajuste/ Calibración ☒ Cambio repuesto
☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería
☐ Otra (especificar) _____


Descripción Trabajo:

- REVISIÓN DE ESTRUCTURA FÍSICA.
- REVISIÓN Y CAMBIO DE BUSTSHIELD.
- DRENADO Y LLENADO DE MOLA BIDESTIVADA.
- CAMBIO DE DEJUNIZE ANTIMIDGE.
- AJUSTACIÓN DE ENCHOYA Y PUNOS DE DESARRO-

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	<u>Francisca Mege E.</u>
Cargo	<u>Ing. Biomédica</u>
Firma	
	CLIENTE

Nombre	<u>Jorge Fernández</u>
Cargo	<u>ING. CIVIL ELECTRÓNICO</u>
Firma	
	CENCOMEX