

FECHA: 2 / 5 / 24

Cliente: HUAP
Dirección:
Ciudad: Santiago Fono contacto:

Equipo/Sistema: LASER Marca: Avanta System
Modelo: litro EVO Serie: LHV0454-0222

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar)

Tipo de falla:


☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☐ Ajuste/ Calibración ☐ Cambio repuesto
☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería
☐ Otra (especificar):


Descripción Trabajo:

Se realiza drenado de agua, cambio de filtro
desionizante, Rellenado de agua bidestilada.
Se realiza calibración y pruebas de disparos exitosas
Equipo 100% operativo.

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	Francisca Nege
Cargo	Profesional de Equipos Médicos
Firma	
CLIENTE	

Nombre	Natalia Espinoza
Cargo	
Firma	
CENCOMEX	