

FECHA: 25 / 05 / 2023

Cliente: HUAP

Dirección:

Ciudad: Santiago Fono contacto:

Equipo/Sistema: Láser Marca: Quanta System

Modelo: Litho EVO Serie: LMV0454-0222

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar)

Tipo de falla:

☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☐ Ajuste/ Calibración ☐ Cambio repuesto

☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería


☐ Otra (especificar)


Descripción Trabajo:

Se drena y rellena Agua Bidestilada en el Sistema de Enfriamiento.
Se cambia Filtro De-Ionizante según Protocolo Cencomex.
Se realizan Pruebas de Disparo y revisión de Blast Shield.
Mantenimiento Preventivo sin novedades.
Equipo Operativo

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	FRANCISCA Mege E.
Cargo	Ing. Bidués J. C.
Firma	
	CLIENTE

Nombre	Ricardo Bravo
Cargo	Técnico Electrónico
Firma	
	CENCOMEX