

FECHA: 18 / 4 / 24

Cliente: Felix Bulner

Dirección:

Ciudad: Santiago

Fono contacto:

Equipo/Sistema: LASER

Marca: Avanta System

Modelo: Litho Evo

Serie: LHV 1015 - 0323

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar)

Tipo de falla:

☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☐ Ajuste/ Calibración ☐ Cambio repuesto

☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería

☐ Otra (especificar):


Descripción Trabajo:

Drenaje de agua y posterior rellenado con agua bidestilada
Cambio de filtro desionizante
Calibración de energía y pruebas de disparo OK
BlasShield en estado óptimo. Sin adaptador Shuko
equipo 100% operativo

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	Cristopher Bustamante
Cargo	Supervisor
Firma	
CLIENTE	

Nombre	Natalia Espinoza
Cargo	
Firma	
CENCOMEX	