

FECHA: 26 / 05 / 2023

Cliente: H. Salvador

Dirección: _____

Ciudad: Santiago

Fono contacto: _____

Equipo/Sistema: Láser

Marca: Quanta System

Modelo: Litho EVO

Serie: LHV 1128-0422

Servicio:

☒ Mant Preventiva

☐ Mant Correctiva

☐ Otro (especificar) _____

Tipo de falla:

☐ Pieza quebrada

☐ Accesorio

☐ Ajuste/ Calibración

☐ Cambio repuesto

☐ Mecánica

☐ Eléctrica

☐ Software

☐ Alimentación / Batería


☐ Otra (especificar) _____


Descripción Trabajo:

Se drena y rellena Sistema de Enfriamiento con Agua Bidestilada.
Se cambia filtro De-Ionizante y Blast Shield dañado.
Se realizan Pruebas de Disparo, Blast Shield nuevo OK.
Equipo llega con Parada de Emergencia activada.
Mantenimiento Preventiva OK. Equipo Operativo

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	<u>Carlos Silva U.</u>
Cargo	<u>Ing. Pabellón.</u>
Firma	
	CLIENTE

Nombre	<u>Ricardo Bravo</u>
Cargo	<u>Técnico Electrónico</u>
Firma	
	CENCOMEX