

FECHA: 4 / 1 / 24

Cliente: UC CHRISTUS

Dirección:

Ciudad: Santiago

Fono contacto:

Equipo/Sistema: LÁSER

Marca: Quanta System

Modelo: Litro EVO

Serie: LHV 1128-0422

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar)

Tipo de falla:

☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☐ Ajuste/ Calibración ☐ Cambio repuesto

☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería

☐ Otra (especificar):

Descripción Trabajo:

Revisión de plastshield: en estado óptimo


Drenado y posterior llenado de agua bidestilada
Cambio de jilto desionizante


Pruebas de disparo y niveles de energía OK

Equipo 100% operativo.

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	Martín Salazar
Cargo	Tec. E.M.
Firma	
CLIENTE	

Nombre	Natalia Espinoza
Cargo	Ingeniero de campo
Firma	
CENCOMEX	