

FECHA: 7 / 6 / 24

Cliente: Cencomex

Dirección:

Ciudad: Santiago

Fono contacto:

Equipo/Sistema: LASER

Marca: Quanta System

Modelo: Litu Evo

Serie: LHV1953-0622

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar)

Tipo de falla:

☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☐ Ajuste/ Calibración ☐ Cambio repuesto

☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería

☐ Otra (especificar):

Descripción Trabajo:

Se realizó renovación del agua bidestilada del sist. refrigerada.
Cambio de filtro desionizante. Blastsuidd en buen
estado. Actualización de Software. Pruebas de
disparo exitosas.
Equipo 100% operativo.

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre

Luis Alfaro

Cargo

Firma

CLIENTE

Nombre

Natalia Espinoza

Cargo

Firma

CENCOMEX