

FECHA: 16 / 5 / 2023

Cliente: HOSP. DE VILATUMICA.
Dirección: _____
Ciudad: VILATUMICA. Fono contacto: _____

Equipo/Sistema: CASER Marca: QUANTA SYSTEM
Modelo: LITHO EVO Serie: LHV 2181-0922

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar) _____

Tipo de falla:

☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☒ Ajuste/ Calibración ☒ Cambio repuesto
☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería
☐ Otra (especificar) _____


Descripción Trabajo:

- REVISIÓN DE ESTRUCTURA FISA.
- CAMBIO FILTRO D.I.
- REVISIÓN DE BUSHINGS (OK).
- TRENTE Y LLAMADO DE ALUM. BIDESECUA.
- CALIBRACIÓN DE ENGRAS Y PUNTERAS DE DESPARR.
- EQUIPO 100% OPERATIVO.

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	EVELYN AREVALO JARAMILLO
Cargo	12.985.420-0 Enfermera Posición
Firma	
	CLIENTE

Nombre	Jorge Fernando
Cargo	IPB CIVIL ELECTRICISTA
Firma	
	CENCOMEX