

FECHA: 20 / 04 / 2023

Cliente: Clínica Los Carrera

Dirección: _____

Ciudad: Quilpué

Fono contacto: _____

Equipo/Sistema: Láser

Marca: Quanta System

Modelo: Litho EVO

Serie: LHV 2839-1221

Servicio:

☒ Mant Preventiva

☐ Mant Correctiva

☐ Otro (especificar) _____

Tipo de falla:

☐ Pieza quebrada

☐ Accesorio

☐ Ajuste/ Calibración

☒ Cambio repuesto

☐ Mecánica

☐ Eléctrica

☐ Software

☐ Alimentación / Batería

☐ Otra (especificar) _____

Descripción Trabajo:

Se dreña y rellena Agua del Sistema de Enfriamiento.

Se cambia Filtro De-Ionizante.


Se realizan Pruebas de Disparo y revisión de Blast Shield.


Mantenimiento Preventivo Sin Novedades.

Equipo Operativo. -

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	<u>Yesys Plaflet</u>
Cargo	
Firma	
	CLIENTE

Nombre	<u>Ricardo Bravo</u>
Cargo	<u>Técnico Electrónico</u>
Firma	
	CENCOMEX