

FECHA: 3 / 10 / 2023

Cliente: CLINICA LOS GARDENIA
Dirección:
Ciudad: QUILPUÉ Fono contacto:

Equipo/Sistema: ASER Marca: QUANTA SYSTEM
Modelo: LITHO EVO Serie: CHU2839-1221

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar)

Tipo de falla:

☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☒ Ajuste/ Calibración ☒ Cambio repuesto

☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería


☐ Otra (especificar):

Descripción Trabajo:


REVISION DE ESTRUCTURA FISICA.
DRENAJE Y LLENADO DE AGUA POTABILIZADA.
CAMBIO DE FILTRO D.I.
REVISION DE BOMBAS.
CALIBRACION DE ENERGIA Y PRUEBAS DE DESPASTE
EQUIPO 100% OPERATIVO.

Hora Inicio:

Hora Termina:

Nombre	Chussem Valdes
Cargo	Ing. Civil Biomédico
Firma	

CLIENTE

Nombre	JONCE FERNANDEZ
Cargo	ING. CIVIL TECNICO
Firma	

CENCOMEX